


Утверждаю:

Начальник управления организации закупок и
логистики ОАО "Мосэнерго"

 М.А. Устинова
" 4 " 17 2012 г.

**Техническое задание
на поставку оборудования не требующего монтажа для нужд ОАО "Мосэнерго"
в соответствии с ГКПЗ 2012г. (№ закупки 3.2.1.82)
Лот: Газовый калориметр**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ:

1. Условия оплаты: по факту поставки Товара в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара.
2. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованным Графиком поставок - октябрь 2012 г.
3. Базис цены: франко-склад Покупателя.
4. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде неиспользуемым, производства не ранее 2012г. и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.2.
5. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть выполнена на русском языке.
6. Гарантийный срок на Товар: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Товар должен удостоверяться гарантиями завода-изготовителя.
7. Заказчик оставляет за собой право увеличения или уменьшения общего количества поставляемой продукции, указанного в Перечне закупаемой продукции (п.2 настоящего ТЗ), не более 25 % суммарно, в течении всего периода поставки, о чем обязуется известить поставщика заблаговременно.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

Ориентировочная стоимость: 1 500, 00 тыс. руб. без НДС.

№ пп	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Адрес поставки
I	Газовый калориметр (технические характеристики и комплектация указаны в Техническом требовании)	шт.	1	ТЭЦ-20, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.13

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

1. Товар должен соответствовать ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверяться сертификатами качества, а также сертификатами, разрешающими его применение в РФ, сертификатами соответствия Министерства РФ по связи и информации.
2. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям заказчика.
3. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
4. На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение;
 - год выпуска.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ:

Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

1. Сертификаты соответствия.
2. Патенты (или ТУ).
3. Документы, удостоверяющие наличие дилерских полномочий от производителя, иных документов, подтверждающих право Участника на поставку данного Товара.
4. В заявке Участник должен указать изготовителя Товара, страну изготовления, год производства.
5. Опыт работы на энергетических объектах.

Ведущий специалист УОЗиЛ

А.Б. Кротов

Начальник СКП УОЗиЛ

И.В. Осипов

СОГЛАСОВАНО

Начальник СТП

А.А. Верховский

Начальник ОИ

Т.Ф. Гайсин

Техническое требование комплекса на базе калориметра газового типа НКС

Информация о заказчике

Название организации ТЭЦ-20 филиал ОАО «Мосэнерго»

Контактные лица

Для решения технических и

методических вопросов Шкури Александр Алексеевич

тел. +7 (495) 957-26-91 Эл. адрес: Shkurin@mosenergo.ru

Условия поставки

Доставка

Адрес доставки г.Москва, ул. Вавилова, д.13

Есть ли необходимость пуско-наладочных работ? Да

(укажите город, где необходимо проводить ПНР) г. Москва, ул. Вавилова, д.13

Решаемая задача.

Нормативный документ, в соответствии с которым предполагается проведение анализов
ГОСТ Р 8.577-2000. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие
требования к методам определения.

Анализируемые объекты Природный газ

определяемые компоненты с указанием диапазонов _____

концентраций и предела детектирования _____

Другие компоненты пробы (вода, агрессивные и Нет

другие компоненты которые могут повлиять на ход
анализа) _____

Конфигурация оборудования

Наименование изделия	Количество
Калориметр газовый НКС	1

Технические требования составил

Начальник службы стандартов ТЭЦ-20 филиала ОАО «Мосэнерго»

Осипова Т.Р.

 25.07.12